

## Dispositifs O2 et FiO2

Dispositif	Debit	FiO2	Indication
Lunettes	1-4 L/min	24-40 %	O2 modere, OLT, confort
Masque simple	5-10 L/min	35-60 %	Detresse moderee
MHC + reservoir	10-15 L/min	60-90 %	Urgence (sauf BPCO hyp.)

## Cibles SpO2 et surveillance

Patient	Cible SpO2	Risque
Standard	94-98 %	---
BPCO severe	<b>88-92 %</b>	Narcose hypercapnique si depasse
Grossesse	> 95 %	Hyoxie foetale

**Narcose hypercapnique** : Somnolence + FR basse + O2 eleve chez BPCO = urgence. Baisser O2 + alerter + GDS.

**Securite O2** : Pas de flamme. Pas de tabac. Pas de corps gras. O2 = accellerateur de combustion.